Réfrigérateurs et Congélateurs

Gamme flexa
2024

Certifié conforme

AccsA'tech
Medical Systems

flexa

Caractéristiques générales

- Refroidissement ventilé
- Régulation électronique avec affichage
- Température +5 °
- Porte vitrée - Batterie secours
- Alarmes / fermeture à clé
- Etagères réglables
- Contrôleur numérique MEC-183
- Eclairage LED / Protection gel
- Certification EN61010 et EN61326
- Passage de sonde 20mm

Caractéristiques selon les modèles

MODEL	PRE 60	PRE 125	PRE 285	PRE 380	PRE 490
Dimensions exterior W×D×H (mm)	518×598×654	608×610×805	608x610×1525	608x698x1840	780x710x1950
Capacity (L)	60	110	260	395	598
Temperature range (ºC)	+2/+8	+2/+8	+2/+8	+2/+8	+2/+8
Power Consumption (kWh/24h)	1,3	1,7	1,5	2,0	1,68
Controller	MEC-183	MEC-183	MEC-183	MEC-183	MEC-183

flexa

Caractéristiques générales

- Refroidissement ventilé
- Régulation électronique avec affichage
- Température +5°
- Porte pleine - batterie secours
- Alarmes / fermeture à clé
- Etagères réglables
- Contrôleur numérique MEC-183
- Eclairage LED / Protection gel
- Certification EN61010 et EN61326
- Passage de sonde 20mm

Caractéristiques selon les modèles

MODEL	LRE 60	LRE 125	LRE 285	LRE 380	LRE 490
Dimensions exterior W×D×H (mm)	518×598×654	608×610×805	608x610×1525	608x698x1840	780x710x1950
Capacity (L)	60	110	260	395	598
Temperature range (ºC)	+2/+8	+2/+8	+2/+8	+2/+8	+2/+8
Power Consumption (kWh/24h)	1,3	1,7	1,5	2,0	1,68
Controller	MEC-183	MEC-183	MEC-183	MEC-183	MEC-183

flexa

Caractéristiques générales

- Refroidissement ventilé
- Régulation électronique avec affichage
- Plage temp. -10° /-25° c
- Porte pleine - batterie de secours
- Alarmes / fermeture à clé
- Etagères réglables
- Contrôleur numérique MEC-183
- Eclairage LED / Protection gel
- Certification EN61010 et EN61326
- Passage de sonde 20mm

Caractéristiques selon les modèles

MODEL	LFE 60	LFE 125	LFE 285	LFE 380	LFE 490
Dimensions exterior W×D×H (mm)	518×598×654	608×610×805	608x610×1525	608x698x1840	780x710x1950
Capacity (L)	60	110	260	400	600
Temperature range (ºC)	-10/-25	-10/-25	-10/-25	-10/-25	-10/-25
Power Consumption (kWh/24h)	1,8	2,2	2,6	3,3	7,8
Controller	MEC-183	MEC-183	MEC-183	MEC-183	MEC-183

Recommandations pour le stockage des médicaments en froid médical

1

Choix de l'appareil

- ✓ **Eviter les réfrigérateurs à usage domestique : température rarement uniforme**
- ✓ Prévoir un appareil plus grand que son besoin à l'instant T : évolution des stocks.
- ✓ Adapter la capacité selon la quantité de médicaments thermosensibles délivrés et le nombre de vaccins reçus.
- ✓ Privilégier les étagères grillagées et éviter la présence d'un freezer.

2

Emplacement de l'appareil

- ✓ Placer l'appareil dans un local ventilé ne dépassant pas 30° C (25° C pour un appareil vitré).
- ✓ **Ne pas obstruer la grille de ventilation au-dessus de l'appareil (laisser un espace libre équivalent à moins 20 cm au-dessus).**
- ✓ Faciliter l'accès à l'appareil pour une ouverture de courte durée.

3

Utilisation de l'appareil

- ✓ Ne pas charger l'appareil à plus de 2/3 de son volume
- ✓ Eviter tout contact entre les médicaments et les parois de l'appareil, favoriser l'espace entre chaque boite
- ✓ Ne pas utiliser des bacs de rangement en plastic non perforés de type « bacs à légumes »
- ✓ Ne pas placer de médicaments dans la porte de l'appareil
- ✓ Réduire au maximum la durée d'ouverture de la porte (moins de 15 secondes) et s'assurer de sa bonne fermeture après chaque utilisation
- ✓ Procéder à un nettoyage régulier au minimum 4 fois par an

4

Contenu de l'appareil

- ✓ L'appareil doit contenir uniquement des médicaments à conserver au froid
- ✓ Il peut contenir : *vaccins, produits dérivés du sang, médicaments*
- ✓ Il ne doit pas contenir : *aliments, boissons, échantillon biologiques, produits pouvant être stockés à température ambiante*

5

Régulation / alarme

- ✓ Une ouverture prolongée de la porte déclenche une alarme
- ✓ La température est préréglée à + 5° C, soit un fonctionnement entre + 2 et + 8° C – Toute élévation ou abaissement déclenche une alarme
- ✓ Présence d'un dispositif qui évite l'appareil de passer en température négative en cas de dysfonctionnement électronique

6

Gestion des alarmes et température

La température de l'appareil doit se situer entre +2° c et +8° c

- ✓ *« Alarme ouverture de porte »* : signal sonore et visuel (si le problème persiste l'appareil passe en *« Alarme température »*)
- ✓ *« Alarme température »* : risque d'abaissement ou d'élévation de la température au-delà de l'intervalle conseillé
  Vérifier la fermeture correcte de la porte
  Vérifier que l'appareil ne soit pas arrêté ou débranché
  Le cas échant : stocker les médicaments thermosensibles dans un autre appareil et avertir le service technique

  L'alarme température doit être rattachée à la télésurveillance de l'établissement ou à un transmetteur téléphonique

- ✓ *« Alarmes HACCP »* : élévation de la température, probablement liée à une coupure de courant
- ✓ Enregistrement des températures :
  Permet de prouver le maintient de la température de l'appareil dans les limites définies 24h/24
  Permet de vérifier la température minimum et maximum ainsi qu'une éventuelle durée de dépassement

Caractéristiques générales

Surveillance des températures

Plusieurs modèles proposés

Option Wifi

Installation facile

Nous consulter pour plus d'information.

ACCSA'TECH SAS
Tél : +33 (0)4.50.10.49.51
www.accsa-tech.com - info@accsa-tech.com

ACCSA'TECH SAS - RCS Annecy 528115181 – brochure MKT 01/2024